

PEDUS

Vor- und Mittelfuß Plattensystem

PEDUS MTP 1 Fusionsplatte

Indiziert für die Fixierung von Frakturen, Osteotomien und Arthrodesen im Vor- und Mittelfußbereich, insbesondere am Großzehengrundgelenk bei Hallux Rigidus.

PEDUS-L Plantare Lapidusplatte

Indiziert für die Fixierung von Frakturen, Osteotomien und Arthrodesen im Mittelfußbereich, insbesondere am ersten Tarsometatarsalgelenk. Die Platten sind zur Korrektur von Deformitäten, insbesondere Hallux Valgus geeignet.

PEDUS-Lx Kompressionsplatte

Indiziert für die Fixierung von Frakturen, Osteotomien und Arthrodesen im Mittelfußbereich, insbesondere am ersten Tarsometatarsalgelenk. Die Zugschraube ermöglicht eine sichere Verschraubung im Os cuneiforme 1 oder 2.

PEDUS-MTP1

Fusionsplatte

Lasermarkierung
zur Ausrichtung über dem zu
fusionierenden Großzehengrundgelenk

Anatomisch geformt
mit 5° Valgus-Winkel

Dorsalextension 0° oder 8



Schraubenlöcher geeignet für:

- Kortikalisschrauben
- Winkelstabile Kortikalisschrauben
- Multiaxiale winkelstabile Kortikalisschrauben

Low Profile

Schonung der Weichteilumgebung

PEDUS-Lx

Kompressionsplatte

Lasermarkierung
zur Ausrichtung über dem zu
fusionierenden TMT1 Gelenk

5° und 9° Valgus-Winkel



Schraubenlöcher geeignet für:

- Kortikalisschrauben
- Winkelstabile Kortikalisschrauben
- Multiaxiale winkelstabile Kortikalisschrauben

Zugschraube

Auslenkung in Os cuneiforme 1 oder 2 möglich

PEDUS-L

Plantare Lapidusplatte

Zwei verschiedene Stufenhöhen
3 und 5 mm



Schraubenlöcher geeignet für:

- Kortikalisschrauben
- Winkelstabile Kortikalisschrauben
- Multiaxiale winkelstabile Kortikalisschrauben



PEDUS-L WS Lapidusplatte

12.11123.XXX(S)

Lochanzahl 4

Stufen 0, 2, 3, 4, 5 mm

Länge 31 mm



PEDUS-L WS Plantare Lapidusplatte

12.11124.XXX(S)

Lochanzahl 4

Stufen 3, 5 mm

Länge 39, 45 mm



PEDUS WS T-Platte

12.11210.XXX(S)

Lochanzahl Kopf 2

Lochanzahl Schaft 3, 4, 6

Länge 32, 39, 54 mm



PEDUS WS Platte, gerade

12.11211.XXX(S)

Lochanzahl 4, 6, 8

Länge 30, 43, 56 mm



PEDUS WS L-Platte, 90°

12.11212.1XX(S) links

12.11212.0XX(S) rechts

Lochanzahl Kopf 2

Lochanzahl Schaft 3, 4, 6

Länge 32, 40, 55 mm



PEDUS-Lx Kompressionsplatte

12.11230.1XXS links

12.11230.0XXS rechts

rechts / links

Extension 5°, 9°

Länge 37.50 mm



PEDUS MTP 1 Arthrodesenplatte, kurz

12.1125X.303S links

12.1125X.203S rechts

Lochanzahl Kopf 2

Lochanzahl Schaft 3

Extension 0°, 8°

Länge 37 mm



PEDUS MTP 1 Arthrodesenplatte

12.1125X.00X(S) links

12.1125X.10X(S) rechts

Lochanzahl Kopf 3

Lochanzahl Schaft 3, 5

Extension 0°, 8°

Länge 53, 69 mm



PEDUS WS Multifix Platte

12.11018.007(S)

Lochanzahl 7

Durchmesser 18 mm



PEDUS WS X-Platte


12.11220.XXX(S)

Lochanzahl 4

Länge 27, 33 mm

PEDUS

Vor- und Mittelfuß Plattensystem



PEDUS Instrumente



Kortikalisschrauben Ø 2.7 mm, selbstschneidend

03.03527.0xx

Länge 08-40 mm



WS Kortikalisschrauben Ø 3.0 mm, selbstschneidend

10.03530.0xx

Länge 08-40 mm



Unterlegscheibe Ø 7.0 mm, für Schrauben Ø 2.7 - 4.0 mm

03.91000.070

Außendurchmesser 7.0 mm



PEDUS Probeimplantate

12.11xxx.xxx

1 = Implantat

12.21xxx.xxx

2 = Probeimplantat

Probeimplantate sind für alle Plattentypen erhältlich



ML Kortikalisschrauben Ø 2.7 mm, selbstschneidend

03.03540.0xx

Länge 08-36 mm



Durchborhte Schrauben Ø 4.0 mm, selbstschneidend

08.03644.0xx

Länge 20-50 mm

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



axomed

Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung.

Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.